



**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA**
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
87-100 TORUŃ – ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1

Toruń, dnia 05.04.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

**DOSTAWĘ STANOWISKA DO PRÓB WYSIŁKOWYCH
– NR REFERENCYJNY ZM/20/2022**

I Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do prób wysiłkowych w skład którego wchodzi bieżnia do prób wysiłkowych wraz kompletnym systemem do prób wysiłkowych.
 - 1.1. Parametry bieżni do prób wysiłkowych
 - 1.1.1. Automagiczne sterowanie bieżni przez złącze RS-232
 - 1.1.2. Prędkość taśmy 0,8-25 km/h regulowana co 0,1 km/h
 - 1.1.3. Nachylenie od 0 do 25%
 - 1.1.4. Wymiary użytkowe pasa bieżni – minimum: długość 140 cm, szerokość 520 mm
 - 1.1.5. Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz
 - 1.1.6. Maksymalna waga ćwiczącego: do 200 kg
 - 1.1.7. Bezpieczeństwo: przycisk awaryjny, umożliwiający ręczne przerwanie pracy i wyłączenie napędu
 - 1.2. System do prób wysiłkowych wraz z parametrami
 - 1.2.1. Sprzęt:
 - (1) Komputer typu PC, procesor min. 4 -rdzeniowy, pamięć operacyjna RAM min. 8GB, dysk twardy in. 1T, system operacyjny Windows 10 64 bit
 - (2) monitor LCD min. 23" o min. rozdzielczości ekranu 1920x1080
 - (3) drukarka laserowa
 - (4) Rejestrator EKG – 12-odprowadzeniowy bezprzewodowy rejestrator danych.
 - 1.2.2. Oprogramowanie:
 - (1) W pełni wykorzystuje możliwości graficzne systemu Windows.
 - (2) Składa się z kilku okien, przez które można jednocześnie kontrolować wszystkie funkcje programu: od prostego wyświetlania ścieżki EKG w czasie rzeczywistym w wielu formatach, do zarządzania drukiem i sterowania urządzeniami takimi jak ergometry, bieżnie i mierniki ciśnienia krwi.

- (3) Zarządza wykonaniem testu w czasie rzeczywistym i po analizie, organizując wideo oparte na oknach zaprojektowanych tak, aby skupić uwagę operatora na charakterystycznych aspektach badania:
- (a) Okno czasu rzeczywistego EKG pokazuje sygnał EKG w czasie rzeczywistym i jego średnie kompleksy w czasie rzeczywistym; dla każdego średniego kompleksu wartości amplitudy punktu J + 80ms lub J + 60ms i nachylenie odcinka ST są obliczane i wyświetlane na ekranie. Można wyświetlić dwanaście odprowadzeń, zmieniać amplitudę i prędkość lub wybrać wyświetlanie tylko kilku odprowadzeń, od jednego odprowadzenia do maksymalnie dwunastu odprowadzeń.
 - (b) Okno czasu rzeczywistego AVG oferuje przegląd dwunastu odprowadzeń poprzez wizualizację dwunastu AVGS, pokazując amplitudę i nachylenie odcinka ST oraz uprzywilejowany widok wybranego odprowadzenia, dla którego jest pokazywany w czasie rzeczywistym powiększony średni kompleks i pasek rytmu. Podczas ćwiczeń i regeneracji powiększony średni kompleks jest automatycznie nakładany na odpowiedni średni kompleks uzyskany w fazie przed ćwiczeniami, dla bardziej efektywnej oceny zmian w segmencie ST;
 - (c) okno trendu w czasie rzeczywistym pokazuje kilka wykresów odnoszących się do postępów podczas testu niektórych istotnych parametrów, takich jak, na przykład, tętno, ciśnienie krwi, obciążenie zastosowane do ergometru, podwójny produkt. Analiza tendencji ST jest pokazana dla dwunastu odprowadzeń za pomocą innowacyjnej wizualizacji i cech systemu. Łączą amplitudy i nachylenia każdego odprowadzenia z określonym kodowaniem kolorów, zapewniając globalny, natychmiastowy i skuteczny widok wydajności segmentu ST dla każdego kanału. EKG w czasie rzeczywistym jest zawsze obecne, aby zapewnić bezpieczne monitorowanie pacjenta;
 - (d) okno czasu rzeczywistego ST - QT koncentruje się na analizie segmentów ST i QT i umożliwia dokonywanie pomiarów bezpośrednio na pojedynczym złożonym obrazie powiększonym na ekranie. Okno ST-QT idealnie nadaje się do pracy przy użyciu edytora systemu, wniosków z badania już w końcowej fazie odzyskiwania, ponieważ pozwala na bieżąco kontrolować stan pacjenta za pomocą EKG w czasie rzeczywistym oraz przegląd testu dotyczącego poprzednich faz
 - (e) EKG - przegląd okna czasu rzeczywistego organizuje się w trzy podokna ekranu EKG w czasie rzeczywistym za pomocą dwunastu odprowadzeń, ślad całego testu w formacie pełnego ujawnienia oraz pasek dwunastu kanałów już uzyskany w momencie wyboru test.
 - (f) - Okno przeglądu EKG jest idealne do skonfigurowania, za pomocą edytora systemu, wniosków z badania już w końcowej fazie odzyskiwania, ponieważ pozwala ono zarówno na utrzymywanie stałej kontroli stanu pacjenta poprzez EKG w czasie rzeczywistym oraz przegląd dowodów związanych z poprzednimi fazami.
- (4) Wszystkie okna dają bezpośredni dostęp do funkcji drukowania w trybie automatycznym (strony 10 sekund) oraz w formacie ciągłym, wykorzystując, w

zależności od konfiguracji produktu, drukarkę laserową. Częstość akcji serca, procent teoretycznej maksymalnej częstotliwości, wartości ciśnienia, podwójny produkt, MET, czas kroku i fazy jako dane aktywnego protokołu są zawsze wyświetlane na pierwszym planie dla operatora.

- (5) Analiza tempa. System automatycznie uruchamia i aktualizuje w czasie rzeczywistym następujące obliczenia i analizy:
 - (a) Obliczanie tętna;
 - (b) Obliczanie procentu teoretycznego maksymalnego tętna;
 - (c) Obliczanie MET;
 - (d) Obliczanie podwójnego produktu;
 - (e) Obliczanie amplitud J, J i J +60 +80 dla dwunastu odprowadzeń;
 - (f) Obliczanie szczytowych amplitud szczytu R, szczytu S dla dwunastu odprowadzeń;
- (6) Obliczanie czasu trwania QT, QTc, QTa, QT2a dla dwunastu odprowadzeń; - Analiza arytmii.
- (7) Wszystkie parametry analizy, drukowania i przeglądania można dostosować i zapisać jako konfiguracje systemowe.
- (8) Eksport badań w formacie PDF, XML, poprzez e-mail lub plik w systemie plików.
- (9) Automatyczne archiwizowanie pełnego archiwum w bazie danych.

1.3. Inne wymagania:

- 1.3.1. Przedmiot zamówienia posiada oznakowanie CE, będące deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE) oraz deklarację zgodności UE, w szczególności certyfikat CE.
- 1.3.2. Przedmiot zamówienia posiada instrukcję obsługi, czyszczenia i dezynfekcji w języku polskim.
- 1.3.3. Przedmiot zamówienia jest dopuszczony do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.
- 1.3.4. Zaoferowany system musi być kompatybilny z bieżnią do prób wysiłkowych.
- 1.3.5. Okres gwarancji na wszystkie elementy minimum 24 miesiące i obejmuje przeglądy serwisowe, zgodnie z zaleceniami producenta na koszt Wykonawcy.
- 1.3.6. Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.
- 1.3.7. Rok produkcji, nie wcześniej niż 2022.

I Warunki realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego, 87-100 Toruń, ul. Szumana 2 (parter, gabinet kardiologiczny).

II Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 178).
2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia min. koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, koszty załadunku i wyładunku, koszty transportu, szkolenia, itp. a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne.
3. Cena oferty to cena brutto.
4. Cena jednostkowa brutto to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.
5. Cena brutto to suma cen jednostkowych brutto
6. Cenę ofertową należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół , jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
7. Ceny i wartości muszą być podane w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr (po zaokrągleniu do pełnych groszy, jak określono w formularzu ofertowym).
8. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN) w formie przelewu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należytą starannością. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.

III Opis sposobu przygotowywania oferty:

1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy lub legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem.
2. Ofertę należy przygotować:
 - 2.1. Wykorzystując załączony formularz ofertowy
 - 2.2. W języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów
 - 2.3. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określony w pkt. 2,1.. niniejszego rozdziału
 - 2.4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
3. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

IV Forma, termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

1. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Na opakowaniu (kopercie) zawierającym ofertę należy nanieść:

Nazwę i adres korespondencyjny Wykonawcy oraz opatrzyć poniższym napisem:

DOSTAWA STANOWISKA DO PRÓB WYSIŁKOWYCH

– NR REFERENCYJNY ZM/20/2022

Nie otwierać przed 13.04.2022 r. , godz. 13.00

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
87-100 Toruń, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
4. **Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2022, o godzinie 12:30** – dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez ich otwierania.
7. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w wyżej wymieniony sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert.
8. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty.
9. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 9.1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 9.2. Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

V Ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiający dokona oceny złożonej oferty pod kątem spełniania warunków zgodnie z zasadą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia zobowiązany jest Wykonawca
3. Po stwierdzeniu *ważności złożonej oferty*, Zamawiający dokona ich oceny, obliczając liczbę punktów w oparciu o poniższy wzór:

$$\text{Cena oferty brutto} = \frac{\text{Oferta z najniższą ceną (brutto)}}{\text{Oferta badana (brutto)}} \times 100$$

4. Zamawiający spośród ocenianych ofert wybierze najkorzystniejszą ofertę mając na uwadze liczbę uzyskanych punktów.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

6. Badanie ofert:

- 6.1. Jeżeli w ofercie wystąpią omyłki rachunkowe, zamawiający poprawi je zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując wykonawcę o dokonaniu poprawek;
- 6.2. Oferty złożone po terminie, zamawiający zwróci Wykonawcy. Oferty nieopakowane, nieoznaczone, dostarczone w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu ofertowym nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty;
- 6.3. Jeżeli wraz z ofertą nie zostaną złożone wymagane dokumenty i oświadczenia, zamawiający jednokrotnie wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 7.1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
- 7.2. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych oświadczeń lub dokumentów – jeżeli Zamawiający o to wystąpił;
- 7.3. Wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił nieprawdziwe informacje mające wpływ na wybór oferty;
- 7.4. Oferta została złożona przez Wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu, z wyłączeniem ofert częściowych, z uwzględnieniem ofert składanych wspólnie z innymi Wykonawcami;
- 7.5. Oferta zawiera zastrzeżenia jej zmiany lub uzupełnienia;
- 7.6. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- 7.7. Została złożona po terminie składania ofert;
- 7.8. Zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu.

8. Postępowanie podlega unieważnieniu, jeżeli:

- 8.1. Nie złożono żadnej oferty;
- 8.2. Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
- 8.3. Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
- 8.4. Jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione;
- 8.5. W przypadku unieważnienia postępowania informację o unieważnieniu Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

VI Informacja o wyniku postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje na swojej stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. O terminie podpisania umowy, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem bądź wiadomością e-mail.
3. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy.

VII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

VIII Sposób kontaktu z Wykonawcami

1. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i e-maile w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:25 do 15:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.
3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem: zamowienia@wspl-torun.pl.
(Uwaga! Dokumenty przesłane na inne adresy mailowe niż wskazany w pkt. 3 nie będą uznane za dostarczone)
4. Wyłączna forma pisemna dotyczy dokumentów: składania ofert, zmiany ofert lub ich wycofania oraz oświadczeń woli, umowy.
5. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres e-mailowy Zamawiającego, wskazany w punkcie 3.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem referencyjnym postępowania.
7. **Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.**
8. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

IX Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 87 – 100 Toruń.
 - 1.2. Inspektorem ochrony danych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek POWAŁA , z którym kontakt jest możliwy pod nr tel. 504-230-997.

- 1.3. Dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.4. Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania będą osoby lub podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora.
- 1.5. Dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
- 1.6. Obowiązek podania danych osobowych w związku z niniejszym postępowaniem jest wymogiem niezbędnym dla realizacji postępowania i zawarcia umowy.
- 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 1.8. Osoby, których dane osobowe przekazywane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają:
 - a) prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 - b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z SWZ oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania.
- 1.9. Osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie przysługuje:
 - e) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
 - f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - g) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki: 2

Nr 1 – Formularz Ofertowy

Nr 2 – Projekt umowy

Dyrektor

lek. Zbigniew LEZUCH

FORMULARZ OFERTOWY

Ja / my niżej podpisany/i

.....
działając w imieniu i na rzecz (**dane Wykonawcy**)

Pełna nazwa:.....

Adres siedziby:.....

(ulica, kod pocztowy miejscowość, województwo)

NIP:

REGON:

PESEL:

..... – dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Tel.

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS):
-----Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:
.....*(pełna nazwa, Adres siedziby: ulica, kod pocztowy miejscowość,)*

odpowiadając, na zaproszenie do złożenia oferty o nr referencyjnym ZM/20/2022 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, w cenie obliczonej wg zasad opisanych w zaproszeniu do złożenia oferty zgodnie z poniższym:

Przedmiot zamówienia: Stanowisko do prób wysiłkowych	Ilość	Cena jednostkowa (brutto) [w PLN]
Bieżnia do prób wysiłkowych (należy wskazać nazwę producenta, typ/model oferowanego przedmiotu zamówienia)	1	
Komputer PC (należy wskazać nazwę Producenta, typ/model/nazwę elementu systemu)	1	
Monitor LCD (należy wskazać nazwę Producenta, typ/model/nazwę elementu systemu)	1	
Drukarka laserowa	1	

..... (należy wskazać nazwę Producenta, typ/model/nazwę elementu systemu)		
Rejestrator EKG	1	
..... (należy wskazać nazwę Producenta, typ/model/nazwę elementu systemu)		
Cena (brutto) [w PLN]		

Stawka podatku VAT: %

.....
(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek.

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i należytego wykonania zamówienia.
2. Akceptujemy Projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia powiększone o należny podatek od towarów i usług.
4. Zobowiązujemy się do złożenia wymaganych dokumentów stanowiących formalności przed zawarciem umowy.
5. Zaoferowany przez nas aparat spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy.
6. Zobowiązujemy się dostarczyć aparat gotowy do eksploatacji bezpośrednio po instalacji i przekazaniu użytkownikowi.
7. Akceptujemy termin płatności – tj. 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.
8. Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO^[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania

9. Wykonawca informuje, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać **sami – bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców***.
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, poniżej należy podać wyszczególnienie części powierzonej oraz nazwę (firm) podwykonawców.

.....
Podpis (podpisy) osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

U m o w a N r ... / 2 0 2 2
(p r o j e k t)

Zawarta w Toruniu w dniu,
zwana w dalszej części „Umową” pomiędzy:

WOJSKOWĄ SPECJALISTYCZNĄ PRZYCHODNIĄ LEKARSKĄ – SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ,
z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, faks. 56 622 74 32,
NIP: 956-19-45 688, REGON: 870405080,
zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

Dyrektor – lek. Zbigniew LEŻUCH

a

Firmą:, z siedzibą w, ul. tel.

NIP:, REGON: PESEL:,

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

.....- p.

zwanym w dalszej części umowy „Stroną” lub „Stronami”.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

Określenia użyte w dalszej części umowy oznaczają:

1. Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie[posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający – należy przez to rozumieć Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;
3. Sprzęt / Aparat /Urządzenie – stanowisko będące przedmiotem umowy;
4. WET – Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest **dostawa stanowiska do prób wysiłkowych** w ilości 1 kpl, w skład którego wchodzi bieżnia do prób wysiłkowych wraz kompletnym systemem do prób wysiłkowych, zgodnie z poniższym:

	Przedmiot umowy	Ilość
	Bieżnia do prób wysiłkowych	1

..... (należy wskazać nazwę producenta, typ/model oferowanego przedmiotu zamówienia)	
Komputer PC (należy wskazać nazwę Producenta, typ/model/nazwę elementu systemu)	1
Monitor LCD (należy wskazać nazwę Producenta, typ/model/nazwę elementu systemu)	1
Drukarka laserowa (należy wskazać nazwę Producenta, typ/model/nazwę elementu systemu)	1
Rejestrator EKG (należy wskazać nazwę Producenta, typ/model/nazwę elementu systemu)	1

1.1. Parametry bieżni do prób wysiłkowych

- 1.1.1. Automatyczne sterowanie bieżni przez złącze RS-232
- 1.1.2. Prędkość taśmy 0,8-25 km/h regulowana co 0,1 km/h
- 1.1.3. Nachylenie od 0 do 25%
- 1.1.4. Wymiary użytkowe pasa bieżni – minimum: długość 140 cm, szerokość 520 mm
- 1.1.5. Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz
- 1.1.6. Maksymalna waga ćwiczącego: do 200 kg
- 1.1.7. Bezpieczeństwo: przycisk awaryjny, umożliwiający ręczne przerwanie pracy i wyłączenie napędu

1.2. System do prób wysiłkowych wraz z parametrami

1.2.1. Sprzęt:

- (1) Komputer typu PC, procesor min. 4 -rdzeniowy, pamięć operacyjna RAM min. 8GB, dysk twardy in. 1T, system operacyjny Windows 10 64 bit
- (2) monitor LCD min. 23" o min. rozdzielczości ekranu 1920x1080
- (3) drukarka laserowa
- (4) Rejestrator EKG – 12-odprowadzeniowy bezprzewodowy rejestrator danych.

1.2.2. Oprogramowanie:

- (1) W pełni wykorzystuje możliwości graficzne systemu Windows.
- (2) Składa się z kilku okien, przez które można jednocześnie kontrolować wszystkie funkcje programu: od prostego wyświetlania ścieżki EKG w czasie rzeczywistym w wielu formatach, do zarządzania drukiem i sterowania urządzeniami takimi jak ergometry, bieżnie i mierniki ciśnienia krwi.
- (3) Zarządza wykonaniem testu w czasie rzeczywistym i po analizie, organizując wideo oparte na oknach zaprojektowanych tak, aby skupić uwagę operatora na charakterystycznych aspektach badania:
 - (a) Okno czasu rzeczywistego EKG pokazuje sygnał EKG w czasie rzeczywistym i jego średnie kompleksy w czasie rzeczywistym; dla każdego średniego

kompleksu wartości amplitudy punktu J + 80ms lub J + 60ms i nachylenie odcinka ST są obliczane i wyświetlane na ekranie. Można wyświetlić dwanaście odprowadzeń, zmieniać amplitudę i prędkość lub wybrać wyświetlanie tylko kilku odprowadzeń, od jednego odprowadzenia do maksymalnie dwunastu odprowadzeń.

- (b) Okno czasu rzeczywistego AVG oferuje przegląd dwunastu odprowadzeń poprzez wizualizację dwunastu AVGS, pokazując amplitudę i nachylenie odcinka ST oraz uprzywilejowany widok wybranego odprowadzenia, dla którego jest pokazywany w czasie rzeczywistym powiększony średni kompleks i pasek rytmu. Podczas ćwiczeń i regeneracji powiększony średni kompleks jest automatycznie nakładany na odpowiedni średni kompleks uzyskany w fazie przed ćwiczeniami, dla bardziej efektywnej oceny zmian w segmencie ST;
 - (c) okno trendu w czasie rzeczywistym pokazuje kilka wykresów odnoszących się do postępów podczas testu niektórych istotnych parametrów, takich jak, na przykład, tętno, ciśnienie krwi, obciążenie zastosowane do ergometru, podwójny produkt. Analiza tendencji ST jest pokazana dla dwunastu odprowadzeń za pomocą innowacyjnej wizualizacji i cech systemu. Łączą amplitudy i nachylenia każdego odprowadzenia z określonym kodowaniem kolorów, zapewniając globalny, natychmiastowy i skuteczny widok wydajności segmentu ST dla każdego kanału. EKG w czasie rzeczywistym jest zawsze obecne, aby zapewnić bezpieczne monitorowanie pacjenta;
 - (d) okno czasu rzeczywistego ST - QT koncentruje się na analizie segmentów ST i QT i umożliwia dokonywanie pomiarów bezpośrednio na pojedynczym złożonym obrazie powiększonym na ekranie. Okno ST-QT idealnie nadaje się do pracy przy użyciu edytora systemu, wniosków z badania już w końcowej fazie odzyskiwania, ponieważ pozwala na bieżąco kontrolować stan pacjenta za pomocą EKG w czasie rzeczywistym oraz przegląd testu dotyczącego poprzednich faz
 - (e) EKG - przegląd okna czasu rzeczywistego organizuje się w trzy podokna ekranu EKG w czasie rzeczywistym za pomocą dwunastu odprowadzeń, ślad całego testu w formacie pełnego ujawnienia oraz pasek dwunastu kanałów już uzyskany w momencie wyboru test.
 - (f) - Okno przeglądu EKG jest idealne do skonfigurowania, za pomocą edytora systemu, wniosków z badania już w końcowej fazie odzyskiwania, ponieważ pozwala ono zarówno na utrzymywanie stałej kontroli stanu pacjenta poprzez EKG w czasie rzeczywistym oraz przegląd dowodów związanych z poprzednimi fazami.
- (4) Wszystkie okna dają bezpośredni dostęp do funkcji drukowania w trybie automatycznym (strony 10 sekund) oraz w formacie ciągłym, wykorzystując, w zależności od konfiguracji produktu, drukarkę laserową. Częstość akcji serca, procent teoretycznej maksymalnej częstotliwości, wartości ciśnienia, podwójny produkt, MET, czas kroku i fazy jako dane aktywnego protokołu są zawsze wyświetlane na pierwszym planie dla operatora.

- (5) Analiza tempa. System automatycznie uruchamia i aktualizuje w czasie rzeczywistym następujące obliczenia i analizy:
 - (a) Obliczanie tętna;
 - (b) Obliczanie procentu teoretycznego maksymalnego tętna;
 - (c) Obliczanie MET;
 - (d) Obliczanie podwójnego produktu;
 - (e) Obliczanie amplitud J, J i J +60 +80 dla dwunastu odprowadzeń;
 - (f) Obliczanie szczytowych amplitud szczytu R, szczytu S dla dwunastu odprowadzeń;
- (6) Obliczanie czasu trwania QT, QTc, QTa, QT2a dla dwunastu odprowadzeń; - Analiza arytmii.
- (7) Wszystkie parametry analizy, drukowania i przeglądania można dostosować i zapisać jako konfiguracje systemowe.
- (8) Eksport badań w formacie PDF, XML, poprzez e-mail lub plik w systemie plików.
- (9) Automatyczne archiwizowanie pełnego archiwum w bazie danych.

1.3. Inne wymagania:

- 1.3.1. Zaoferowany system musi być kompatybilny z bieżnią do prób wysiłkowych.

2. Zakres czynności Wykonawcy w ramach wykonania przedmiotu zamówienia:

- 2.1. Dostarczenie aparatu do siedziby Zamawiającego;
- 2.2. Instalacja i uruchomienie aparatu;
- 2.3. Szkolenie personelu (w miejscu dostawy) w zakresie obsługi i użytkowania przedmiotowego aparatu;
- 2.4. Dostarczenie wraz z aparatem:
 - 2.4.1. aktualnych dokumentów będących deklaracją producenta, że oznakowany aparat spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE) oraz deklarację zgodności UE, w szczególności certyfikat CE;
 - 2.4.2. aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do ustawy.
 - 2.4.3. instrukcji obsługi, czyszczenia i dezynfekcji w języku polskim;
 - 2.4.4. Karty gwarancyjnej
- 2.5. Założenie paszportu technicznego.

§ 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata na ogólną **kwotę brutto:** zł¹. (słownie: zł /100). Stawka podatku VAT %.
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą aparatu (w tym: wartość towaru z podatkiem VAT, cło, koszt opakowania, transportu

¹ Kryterium oceny ofert. Dane wprowadzone do umowy z oferty Wykonawcy

z ubezpieczeniem, dostarczenie pod wskazane miejsce, wytworzenie dokumentacji, serwis w okresie trwania gwarancji, instalację i uruchomienie oraz szkolenie personelu) nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy.

§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: **21 dni kalendarzowych** od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy).
2. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4. MIEJSCE DOSTAWY

Miejsce wskazane przez Zamawiającego - siedziba Zamawiającego tj. gabinet kardiologiczny, 87-100 Toruń, ul. Szumana 2.

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie on stanowił przedmiotu zabezpieczenia.

§ 6. DOSTAWA I ODBIÓR

3. Dostawę należy wcześniej awizować telefonicznie lub faksem oraz uzgodnić szczegóły związane ze szkoleniem (tel. – zostanie wskazany we właściwej umowie).
4. Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaze go Zamawiającemu, tj. na podstawie protokołu przyjęcia – przekazania, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. W protokołach należy zamieścić wpisy potwierdzające przekazanie sprzętu, dokumentacji eksploatacyjnej, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia.
6. Datę podpisania protokołu przyjęcia-przekazania określonego w ust. 2, przyjmuje się jako termin faktycznego wykonania dostawy/umowy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za sprzęt do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony protokołu przyjęcia – przekazania.

§ 7. WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym aparacie, i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony sprzęt w szczególności:
 - 1.1. stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,
 - 1.2. ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie niepełnym, ze względu na cel oznaczony w umowie.
2. O wadzie fizycznej sprzętu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio, w chwili ujawnienia w nim wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Forma zawiadomienia (reklamacji) zostanie określona w karcie gwarancyjnej. Powinna to być forma pisemna.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia usterki za pośrednictwem faksu na nr lub/i e-maila na adres W przypadku, gdy termin naprawy przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający umożliwi dokonanie naprawy (jeżeli Wykonawca potwierdzi przyjazd serwisu w tym dniu).
Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie zapewnić dostępu do aparatu w dniu wolnym od pracy, to powiadomi o tym fakcie Wykonawcę za pośrednictwem w/w nr faksu/adresu e-maila, a naprawa będzie wykonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy. Poprzez wykonanie naprawy należy rozumieć całkowite usunięcie usterki.
4. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w terminach, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zamiennie, taki sam aparat wolny od wad technicznych i zapewni jego sprawne działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego strony spiszą protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia usterki.
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast aparatu wadliwego taki sam aparat nowy – wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Wymianę aparatu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. Powyższą zasadę stosuje się również do wymienionych podzespołów. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.
6. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze 24 m-cy.
7. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania, określonego w § 6 ust 2.
8. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym do bezpłatnego serwisowania (przeгляд techniczny) sprzętu, zgodnie z przedziałami czasowymi zalecanymi przez producenta, zakończone wystawieniem certyfikatu dopuszczającego do eksploatacji, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. Bezpłatne serwisowanie, o którym mowa powyżej obejmuje koszty wszystkich zużytych materiałów i części (poza elementami, które podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji) oraz koszty robocizny w zakresie planowych przeglądów technicznych i napraw, które nie wynikły z winy Zamawiającego, tj. eksploatacji aparatów niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z aparatem.
9. W kartach gwarancyjnych muszą być zawarte informacje o warunkach udzielonej gwarancji, sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej oraz wykaz autoryzowanych stacji serwisowych. Warunki udzielonej gwarancji nie mogą zawierać zapisów ograniczających prawa uprawnionego do gwarancji, niezgodne z zapisami niniejszej umowy, pod rygorem ich nieważności.
10. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne aparatów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
11. Gwarancja obejmuje również podzespoły i usługi nabyte u kooperantów.
12. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
13. Wykonawca musi zapewnić dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego.
14. Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia uszkodzenia innemu podmiotowi (osobie fizycznej lub prawnej), jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w zakresie usunięcia uszkodzenia w terminie określonym w ust. 3, a kosztami naprawy (potwierdzonymi fakturami) obciąży Wykonawcę. Zamawiający z tego powodu nie traci prawa gwarancji udzielonego przez Wykonawcę.
15. Strony ustaliły, iż w przypadku kiedy Wykonawca umowy nie uzna zasadności zgłoszonej reklamacji,

Zamawiający jest uprawniony do wykonania badań w laboratorium akredytowanym w danym kierunku badań (rzeczoznawca, instytut badawczy, itp.), a wydane orzeczenie traktowane będzie przez strony, jako ostateczne.

16. Koszty badania i wydania orzeczenia poniesie Strona umowy, której ocena okaże się błędna.

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacona będzie według wartości uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w § 2 umowy.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę (w przypadku konsorcjum - przez Lidera Konsorcjum) oryginałów nw. dokumentów:
 - 2.1. faktury wystawionej na Zamawiającego, określającej przedmiot i numer umowy zgodnie z §1 niniejszej umowy;
 - 2.2. protokołu przyjęcia-przekazania przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 2;
 - 2.3. dokumentów, określonych w § 1 ust. 2.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy dostarczyć w terminie wykonania umowy.
4. Zamawiający nie będzie odpowiadał za skutki wynikające z § 11 ust. 1 umowy spowodowane niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 9. SPOSÓB ZAPŁATY

1. Zapłata za wykonaną dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2.
2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu wymagalności zapłaty.

§ 10. KARY UMOWNE

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokości:
 - 3.1. za odstąpienie od umowy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 - 3.2. za opóźnienie w wykonaniu umowy - 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;
 - 3.3. za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto reklamowanego aparatu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;

- 3.4. za nieprzeprowadzenie bądź przeprowadzenie z opóźnieniem szkolenia, o którym mowa w § 1, ust. 2, – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;
4. W uzasadnionym przypadku potwierdzającym opóźnienie terminu wykonania umowy oraz zgłoszonych napraw gwarancyjnych z przyczyn niezależnych wyłącznie od Wykonawcy po rozpatrzeniu sprawy Zamawiający odstępuje od naliczenia kar umownych za ilość dni opóźnienia niezawinionych przez Wykonawcę. Za okres opóźnienia wykonania umowy lub naprawy gwarancyjnej będący różnicą dni zależnych, a nie zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę jak w pkt. 3.2 -3.4.
 5. Jeżeli kara umowna, z któregośkolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, to strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.
 6. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
 7. Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku nieterminowego opłacenia kary umownej Zamawiający w trybie natychmiastowym potrąci należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie.
 8. Należność z tytułu kar umownych może być potrącona z płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień umowy oraz niedotrzymywania terminów jej wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenie kar umownych przewidzianych w § 10 umowy.
2. Odstąpienie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem od daty złożenia drugiej Stronie oświadczenia w tym zakresie (ex nunc).
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający lub Wykonawca sporządza w terminie do 30 dni kalendarzowych szczegółowy wykaz wykonanych dostaw według stanu na dzień odstąpienia.

§ 12. WIERZYTELNOŚCI

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie.

§ 13. PODWYKONAWCY (KOOPERANCI)

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu umowy:
2. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców (kooperantów), Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przez nich przewidzianych umową terminów.

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

§ 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.
3. Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowę w postaci:
 - a) imion i nazwisk;
 - b) serii i numeru dokumentu tożsamości;
5. Zamawiający zobowiązuje się:
 - a) przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
 - b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
 - c) zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 - d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego obowiązku.
7. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
8. Wykonawca oświadcza, iż będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał Zamawiającemu w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 15. INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 7 dni przed terminem określonym w § 3 o stanie realizacji umowy oraz niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian (na podstawie pisemnego aneksu) do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
 - 2.1. podwykonawcy: tj. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę, o ile Wykonawca powierzy część zamówienia do realizacji podwykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż proponowany nowy

podwykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

2.2. W przypadku, gdy na etapie realizacji umowy aparaty, będące przedmiotem zamówienia (umowy) uległy modyfikacji w zakresie zmian konstrukcyjnych, Wykonawca w celu wywiązania się z zapisów umowy zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

2..2..1. Poprzez modyfikację Zamawiający rozumie proces unowocześniania aparatów polegający na wymianie, zastąpieniu lub rozbudowie istniejących podzespołów, funkcji lub oprogramowania, bez zmiany jego zasadniczego przeznaczenia.

2.3. spowodowanym zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

3.1. Kodeksu cywilnego.

4. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.

5. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

6. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron oraz w 1 kopii dla:

7.1. Ministra Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Załączniki:

Nr 1 – Obowiązek wynikający z RODO

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 87 – 100 Toruń
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości z przetwarzaniem dotyczących Pani/ Pana danych, możliwy jest kontakt z inspektorem pod nr tel. 504-230-997.
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/ Pana dane, o których mowa w umowie pozyskane zostały od Pani/ Pana pracodawcy tj. Wykonawcy i przetwarzane będą w celach, o których mowa w umowie.
5. Dane będą przekazane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator danych nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres 5 lat.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 - dostępu do danych osobowych,
 - żądania ich sprostowania
 - ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.
9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
10. Pani/ Pana dane nie są poddawane profilowaniu.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/ pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

